



Uzdrowisko Szczawno Jedlina S.A.,
ul. Wojska Polskiego 6, 58-310 Szczawno Zdrój;
e-mail: mfajek@szczawno-jedlina.pl

Szczawno-Zdrój 28.04.2025r.

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania w sprawie NZIP /21/2025

Pytanie nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 1 „ZAPYTANIE OFERTOWE”, pkt 3

Czy Zamawiający może doprecyzować, czy wymagane pomiary promieniowania (elektromagnetycznego, ultradźwiękowego, UV lub innego) są obowiązkowe w ramach przeglądu technicznego? Zauważamy, że standardowe przeglądy techniczno-okresowe urządzeń medycznych zazwyczaj nie obejmują tego typu pomiarów, a ich wykonanie wymaga specjalistycznego sprzętu oraz dedykowanych procedur. W związku z tym prosimy o rozważenie usunięcia tego punktu lub jego doprecyzowania, co umożliwi złożenie ofert zgodnych z rzeczywistym zakresem usług.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznik nr 1 „ZAPYTANIE OFERTOWE”, pkt 4

Czy Zamawiający może doprecyzować, czy zapis „sprawdzenie i regulacja parametrów pracy aparatu zgodnie z danymi podanymi przez producenta – kontrola parametrów pracy urządzenia w oparciu o wzorzec lub aparaturę pomiarową zalecaną przez producenta” oznacza konieczność każdorazowego dokonywania również regulacji parametrów, czy wyłącznie ich sprawdzenia?

Zwracamy uwagę, że w przypadku niektórych urządzeń producenci nie udostępniają szczegółowych informacji dotyczących prawidłowego ustawienia parametrów lub procedur ich regulacji, co w praktyce uniemożliwia ich wykonanie przez podmioty zewnętrzne. W takich przypadkach Wykonawca może przeprowadzić jedynie kontrolę parametrów zgodnie z posiadaną dokumentacją oraz – w przypadku stwierdzenia niezgodności – odnotować ten fakt w protokole przeglądu. Prosimy zatem o jednoznaczne wskazanie, czy w takich sytuacjach wykonanie wyłącznie sprawdzenia będzie uznana za spełnienie wymagań zawartych w specyfikacji.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznik nr 1 „ZAPYTANIE OFERTOWE”, pkt 4

Czy Zamawiający może doprecyzować zapis dotyczący „sprawdzenia stanu elementów eksploatacyjnych podlegających cyklicznej wymianie (filtry, czujniki, zawory, uszczelki, akumulatory) oraz ich wymiany w przypadku konieczności”

w kontekście kolejnego zapisu, zgodnie z którym „w ciężar kosztu przeglądu wchodzi: koszt robocizny wykonania przeglądu, koszt narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania przeglądu, z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych wymienionych w punkcie 4”?

Czy w związku z tym Wykonawca ma jedynie obowiązek sprawdzenia stanu elementów eksploatacyjnych i ich ewentualnego wskazania do wymiany, natomiast sama wymiana oraz koszt tych elementów nie wchodzi w zakres przeglądu, a tym samym nie powinny być uwzględnione w ofercie?

Pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznik nr 2, zad. 1

Czy Zamawiający rozważa możliwość wydzielenia z formularza ofertowego odrębnego pakietu obejmującego urządzenia od pozycji 1 do 6, dotyczące wodolecznictwa/hydroterapii, oddzielnie od pozostałych urządzeń?

Wydzielenie tych urządzeń do osobnego pakietu umożliwi złożenie ofert przez Wykonawców, którzy nie realizują przeglądów sprzętu do wodolecznictwa/hydroterapii wskazanego producenta, a mogą jednocześnie przeprowadzać przeglądy pozostałych urządzeń objętych postępowaniem. Takie rozwiązanie mogłoby zwiększyć konkurencyjność postępowania i umożliwić szerszy udział podmiotów specjalizujących się w innych grupach sprzętu medycznego.

	NZP/21/2025
--	-------------

ODPOWIEDZI:

1. Pomiary są wymagane jeśli producent danego sprzętu tego wymaga, w innych wypadkach nie są konieczne.
2. Czynności wskazane są wymagane jeśli producent danego sprzętu tego wymaga, w innych wypadkach nie są konieczne.
3. W zakres zamówienia wchodzi sprawdzenie sprzętów i wskazanie elementów do wymiany.
4. Zamawiający podzielił już przedmiot zamówienia. Dalszy podział jest nieefektywny organizacyjnie i ekonomicznie.

W związku z odpowiedziami Zamawiający przesuwa **termin składania ofert na dzień 29.04.2025r. godz. 14:00**